

Mitgelgende Unterlage
Prüf- und Wartungsintervalle im Routinebetrieb
für Anwender und autorisierte Servicetechniker

AEMP iMERZ		Anwender/MGT							Autorisierter Servicetechniker Sachkundige Person / Befähigte Person						
Bezeichnung	Art.-Nr.	täglich	wöchentlich	monatlich	½-jährlich	½-jährlich	ET / ET-Kit Tgl./wö./mon./½/½	½-jährlich	ET / ET-Kit halbjährlich	jährlich	ET / ET-Kit jährlich	2-jährlich	ET / ET-Kit 2-jährlich	5-jährlich	10-jährlich
Wassermanagement iMERZ	609414	0	0	0	X	0	¼-j. 4x 606412:DM828:1	0	0	X	4x 606412:DM828:1	0	0	0	0
Unterschrank mit UOA MSE 400-4	609672	X SAA_TIA_WAM_01 F_TIA_WAM_01	X	X	0	0	0	0	0	X DGUV Vorschrift 3	1x 609688:DM828:1	0	0	0	0
Permeatschrank 400-4 NASK II iMERZ	609706	X SAA_TIA_WAM_01 F_TIA_WAM_01	0	X	0	0	0	0	0	X DGUV Vorschrift 3	1x 606657:DM828:1	0	0	0	0
Unterschrank mit Einbau-Ultraschallgerät Bandelin SONOREX SUPER ZE 1031 DT	609415	X SAA_TIA_URG_01 F_TIA_URG_01	0	0	0	X	½-j. 1x 603701:DM828:1	0	0	DGUV Vorschrift 3	0	0	0	0	0
Ionenaustrauscherpatrone Edelstahl	600277	X SAA_TIA_WAM_01 F_TIA_WAM_01	0	0	X	0	¼-j. 1x 601982:DM828:1	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterschrank mit Aktivkohlefilteranlage	609416	X SAA_TIA_ F_TIA_	X	0	0	0	0	0	0	X DGUV Vorschrift 3	1x 609358:DM828:1 1x 604139:DM828:1	0	0	0	0
RDG Miele G 7826 mit Zubehörausstattung	608052	X SAA_TIA_RDG_01 F_TIA_RDG_01	0	X	0	0	0	0	0	X Erneute Qualifikation SAA_UPR_ELB_01, F_UPR_ELB_01 DGUV Vorschrift 3	1x 7887777:D8005:1	0	0	0	0
Filterstation reduzierbar TLM	605995	0	X	0	X	0	0	0	0	X	1x 605997:DM808:1	0	0	0	0
Durchlaufsiegelgerät hawo hm 880 DC-V	608181	X SAA_TIA_DSG_01 F_TIA_DSG_01	0	0	0	0	0	0	0	X Kalibrierung Prozessqualifizierung SAA_UPR_ELB_03, F_UPR_ELB_03 DGUV Vorschrift 3	1x 6.813.224:C1188:1 1x 6.105.139:C1188:1 2x 6.105.285:C1188:1 1x 2.230.008:C1188:1 1x 6.271.011:C1188:1 1x 6.271.008:C1188:1	0	0	0	0
Prozessdokumentationssystem iMERZ	609421	X SAA_TIA_PDS_01 F_TIA_PDS_01	0	0	0	0	0	0	0	X DGUV Vorschrift 3	0	X	0	0	0
Sterilisator VARIOKLAV® ECO 300 HC	607918	X SAA_TIA_ST4_01 F_TIA_ST4_01	X	0	0	0	0	0	0	X Erneute Beurteilung SAA_UPR_ELB_05, F_UPR_ELB_05 DGUV Vorschrift 3	1x 606653:DM828:1	0	Äußere Prüfung der Druckbehälter	0	0
Sterildampf-Versorgungsanlage DR 9/18 Mono	607326	X SAA_TIA_ST4_01 F_TIA_ST4_01	X	X	0	0	0	X	0	X DGUV Vorschrift 3	1x 607456:DM828:1	0	Äußere Prüfung der Druckbehälter	0	0
Prüfmittel ausstattung, Sterilisations-/Desinfektionsgerät		0	0	0	0	0	0	0	0	X DGUV Vorschrift 3 Kalibrierung	0	0	0	0	0
Arbeitsleuchten, Lupenleuchten		X F_TIA_RDP_01 SAA_TIA_RDP_01	0	0	0	0	0	0	0	0 DGUV Vorschrift 3	0	0	0	0	0

Legende:

- X Wartung ist durchzuführen
- 0 Keine Wartung durchzuführen