




- Legende: Y11 KW-Ventil
Y12 WW-Ventil
Y13 VE-Ventil
M14 Umwälzpumpe Endo
M15 Umwälzpumpe
R16 Tankheizung
M17 Trocknergebläse
R18 Trocknerheizung
F18 Temperaturbegrenzer 165°C
- M21 Dosierpumpe 1
M22 Dosierpumpe 2
M23 Dosierpumpe 3 (Option)
Y25 Kondensatorventil
R26 VE-Tankheizung
Y27 VE-Tankeinlauf-Ventil
K28 Signal Programmende
- M31 Ablaufpumpe
M32 Andockung ein/aus
K34 Aktivierung Flowsensoren
K35 Türverriegelung DS
K36 Türverriegelung CS
Y37 VE-Tankentleerung
Y38 Ablaufventil
- Y51 Kompressor 1/Belüftungs-Ventil 1
Y52 Kompressor 2/Belüftungs-Ventil 2
Y53 Entlüftungs-Ventil 1
Y54 Entlüftungs-Ventil 2
Y55 Rückkühl Ventil
Y56 Kontrollventil Druckprüfung
K57 Reserve
K58 Waschraumbelichtung
- Y61 Endo Kanal 1 Wasser
Y62 Endo Kanal 2 Wasser
Y63 Endo Kanal 3 Wasser
Y64 Endo Kanal 4 Wasser
Y65 Endo Kanal 5 Wasser
Y66 Endo Kanal 6 Wasser
Y67 Endo Kanal 7 Wasser
Y68 Endo Kanal 8 Wasser
- NTC 1 Tanktemperaturfühler
NTCi 1 Waschraumfühler
NTCi 11 Temperaturfühler Leitwertsonde
NTC 2 Trocknertemperaturfühler I
NTC 3 Systemtemperaturfühler
NTC 4 VE-Tanktemperaturfühler
NTC i4 VE-Tankfühler
NTC 5 Kontrolltemperaturfühler Tank
NTC 6 Kontrolltemperaturfühler VE-Tank
- P1 Niveausensor Wassertank
P2 Endoskopdruck 1
P3 Endoskopdruck 2
P4 S-Niveau/ D-Niveau
S5 Ablaufventil Sicherheitsniveau 21 mbar
S6 Ablaufpumpe Sicherheitsniveau 19 mbar
Pi-1 Waschdruck
- QC 1/QCi 1 Flowsensor Kanal 1
QC 2/QCi 2 Flowsensor Kanal 2
QC 3/QCi 3 Flowsensor Kanal 3
QC 4/QCi 4 Flowsensor Kanal 4
QC 5/QCi 5 Flowsensor Kanal 5
QC 6/QCi 6 Flowsensor Kanal 6
QC 7/QCi 7 Flowsensor Kanal 7
QC 8/QCi 8 Flowsensor Kanal 8
QC 9/QCi 9 Flowsensor Kanal 9
QC 10/QCi 10 Flowsensor Kanal 10
- DI-1 Dosierzähler Reiniger
DI-2 Dosierzähler Desinfektant
DI-3 (Option)
S32 Drehrichtung umkehren M32
S1/S2 Türsicherheit
S4 Endoskopschutz
S104 Druckwächter M14 150mbar
S105 Thermische Selbstdesinfektion
S107 Korbenebene 1
S108 Korbenebene 2
S110 Tür DS geschlossen
S111 Tür CS geschlossen
- S201 Leerstandsanzeige 1
S202 Leerstandsanzeige 2
S203 Leerstandsanzeige 3 (Option)
S204 Leerstandsanzeige 4 (Option)
S206 Schimmerschalter Kondensator
S207 Andockung ein
S208 Andockung aus
S210 Sicherheitsthermostat (Endoschutz)
S211 Störungswächter M15 50mbar
S212 Differenzdruck Filter Trocknen
- SA Lastabschaltung
SB Leckanzeige Bodenw.
SC VE-Tankcode
SD Schimmerschalter VE-Tank
SE
- W1 L-Wert



Stückzahl	Gegenstand	Pos.	Material	Din. oder Mod.Nr.	Art.-Nr. / Bemerkung
	Datum	Visum	Index	Datum	Vis. Änderung
Gezeichnet	22.06.2005	MA	01	03.07.2012	PC
Freigegeben	04.07.2012	TW			
Materialart					
Material					
Dimension					
Art.-Nr.					
Funktionsschema					
WD 430					
Maßstab 1:1					
Datum: 09.07.2012					
Beli med					
Beli med AG					
CH-6215 Bollwil					
Tel: +41(0)41/449'78'88					
Fax: +41(0)41/449'77'76					
1-ZL83095					
01					
Format - Artikelnummer					
INDEX					