

## 6.2 Beistellung durch den Betreiber

Nachstehend aufgelistete Produkte zählen nicht zum Lieferumfang Sterilisationsmodul EL der Fa. HP Medizintechnik GmbH:

- Zeltklimageräte ZKB 15 A-10
- Zusätzliche Schrankwagen JF 900
- Prozesswasserkühler
- Handwaschvorrichtungen in den Vorzelten

Diese für den Betrieb zwingend erforderlichen Artikel müssen aus den Beständen des Betreibers beigestellt werden.